

江西洪城水业环保有限公司吉安市青原区分公司自行监测 方案

一、排污单位基本情况

1、基本信息

法定代表人	刘必华	企业曾用名	青原区污水处理厂
企业类别	废水	社会信用代码	913608035535125751
方案审核地址	江西省吉安市青原区河东街道夏家村梅林堤北侧		
中心经度	115 度	中心纬度	27 度
	2 分		8 分
	26.20 秒		47 秒
联系人	刘必华	电话号码	13479059368
传真号码	0796-8181499	邮编	343000
是否为 VOC 企业	否	自行监测开展方式	手工+自动+委托监测
行业类别	污水处理及其再生利用	行业代码	D4620 污水处理及其再生利用
设计规模	2 万吨/日	服务范围	东至青原区新 105 国道，西至青原区滨江大道，南至青原区华能电厂，北至青原区天玉镇。
排放方式	管道/连续排放	受纳水体	赣江
技术负责人	刘文博	数据公开时限	手工：收到报告后的次日，自动：实时

2、污染物产生情况

废水	处理城镇生活管网收集的负荷相关接管标准的生活污水，脱泥压滤产生的少量污水回流至厂区提升泵房，进行处理。出水排至赣江，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排放。
废气	根据环评及环评批复，废气主要为污水及污泥处理过程中产生的恶臭，相关废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放。
噪声	我厂的主要高噪声设备有污水泵、鼓风机、污泥泵、提升泵房、脱水机、空压机等设备运行过程中产生噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
固废	根据环评及环评批复，我司污水处理厂固体废物主要为污水处理过程中产生的剩余污泥，固体废物满足相关稳定化和脱水处理后，外运至进吉安市中心城区污泥粪便无害化处理厂统一处理，一年预计产生量在 4500 吨以内（含水率低于 80%的污泥）。


3、废水自行监测及记录信息表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次（处理量≥2万吨/日）	手工测定方法	手工检测设备	样品保存	其他信息
1	废水	DW001	污水排放口	pH值	自动	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	6-9（无量纲）	/	是	pH/T 在线监测设备	出水在线监测房	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次
2	废水	DW001	污水排放口	化学需氧量	自动	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	50mg/L	0mg/L	是	COD 在线监测设备	出水在线监测房	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次
3	废水	DW001	污水排放口	总氮（以N计）	自动	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	15mg/L	0.01mg/L	是	总磷总氮在线监测设备	出水在线监测房	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次
4	废水	DW001	污水排放口	氨氮（NH ₃ -N）	自动	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	水温≥12℃限值为5mg/L，水温<12℃限值为8mg/L	0.1mg/L	是	氨氮在线监测设备	出水在线监测房	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次


3、污染处理设施情况

废水治理设施	现有设计总处理规模为2万吨/日。污水处理工艺为“氧化沟+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒池”，主要污染处理设施包括格栅、提升泵、沉砂池、生化池，二沉池、高效沉淀池等设备设施。
废气治理设施	废气源通过风管收集至生物土壤滤池处理后无组织排放。
噪声治理设施	采用低噪音环保设备并通过安装在室内、水下和消音装置及厂区内外种植树木等措施防治噪音。
固废治理设施	污泥经过带式压滤机稳定化和脱水处理（含水率处理到80%以下）后外运至外运至进吉安市中心城区污泥粪便无害化处理厂统一处理，预计全年污泥产生量在6000吨左右。

二、工艺流程及废水监测点位



监测点位示意图



○ 1
江西洪城水业环保有限公司吉安
市青原区分公司
○ 2 ○ 3 ○ 4

注：根据监测期间的风向确定点位布设，上风向设一个参照点，下风向设三个监控点。

图示：噪声监测点用▲、雨水排口监测点用☆、地表水监测点用☆、厂界监测点用○、进水口、出水口监测点★，甲烷监测点用○。

三、监测指标及相关信息

本公司自行监测的具体监测点位、监测指标、监测频次和监测方法见下表。

1、废气无组织自行监测及记录信息表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	监测点位名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	手工检测设备	其他信息
1	废气	厂界	厂界上风向1	臭气浓度	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:20(无量纲)	10(无量纲)	非连续采样至少4个	1次/半年	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	委托检测
2	废气	厂界	厂界下风向1	臭气浓度	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:20(无量纲)	10(无量纲)	非连续采样至少4个	1次/半年	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	委托检测
3	废气	厂界	厂界下风向2	臭气浓度	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:20(无量纲)	10(无量纲)	非连续采样至少4个	1次/半年	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	委托检测
4	废气	厂界	厂界下风向3	臭气浓度	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:20(无量纲)	10(无量纲)	非连续采样至少4个	1次/半年	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	委托检测
5	废气	厂界	厂界上风向1	氨	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:1.5mg/Nm ³	0.01mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外分光光度计	委托检测
6	废气	厂界	厂界下风向1	氨	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:1.5mg/Nm ³	0.01mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外分光光度计	委托检测
7	废气	厂界	厂界下风向2	氨	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:1.5mg/Nm ³	0.01mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外分光光度计	委托检测
8	废气	厂界	厂界下风向3	氨	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:1.5mg/Nm ³	0.01mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外分光光度计	委托检测

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	监测点名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	手工检测设备	其他信息
9	废气	厂界	厂界上风向1	硫化氢	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:0.06mg/Nm ³	0.0025g/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)5.4.10(3)中的硫化氢亚甲基分光光度法	紫外分光光度计	委托检测
10	废气	厂界	厂界下风向1	硫化氢	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:0.06mg/Nm ³	0.0025mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)5.4.10(3)中的硫化氢亚甲基分光光度法	紫外分光光度计	委托检测
11	废气	厂界	厂界下风向2	硫化氢	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:0.06mg/Nm ³	0.0025mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)5.4.10(3)中的硫化氢亚甲基分光光度法	紫外分光光度计	委托检测
12	废气	厂界	厂界下风向3	硫化氢	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:0.06mg/Nm ³	0.0025mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/半年	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)5.4.10(3)中的硫化氢亚甲基分光光度法	紫外分光光度计	委托检测
13	废气	厂区体积浓度最高处	除臭设施	甲烷	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:1%	0.06mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/年	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	委托检测
14	废气	厂区体积浓度最高处	生物除臭土壤滤池	甲烷	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准排放	上限:1%	0.06mg/Nm ³	非连续采样至少4个	1次/年	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	委托检测

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次（处理量≥2万吨/日）	手工测定方法	手工检测设备	样品保存	其他信息
5	废水	DW001	污水排放口	总磷（以P计）	自动	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	0.5mg/L	0.01mg/L	是	总磷总氮在线监测设备	出水在线监测房	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次
6	废水	DW001	污水排放口	流量	自动	/	/	/	是	流量计	出水仪表小屋	是	/	/	/	/	/	/
7	废水	DW001	污水排放口	水温	自动	/	/	/	是	pH/T在线监测设备	出水仪表小屋	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测，每4小时监测一次
8	废水	DW001	污水排放口	色度（稀释倍数）	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	30倍	2倍	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	《水质 色度的测定》稀释倍数法 HJ 1182-2021	比色管	冷藏，避光及时分析	/
9	废水	DW001	污水排放口	悬浮物	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	10mg/L	5mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	《水质 悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989	电子天平（万分之一）FA2014	冷藏，避光及时分析	/
10	废水	DW001	污水排放口	五日生化需氧量	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排	10mg/L	0.5mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》	生化培养箱 SHP-250	冷藏，避光及时分析	/

序号	污染源类别/监测类别	排放编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次（处理量≥2万吨/日）	手工测定方法	手工检测设备	样品保存	其他信息
						放									HJ 505-2009			
11	废水	DW001	污水排放口	粪大肠菌群数 / (个/L)	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准排放	1000 个/L	20MPN/L	/	/	/	/	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/月	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018	手提式高压灭菌器 DXX-24 L-I/生化培养箱 SPX-150B-Z	单独采集微生物样品，不预洗采样瓶，样品采集至采样瓶体积的 80% 左右，冷藏，避光及时检测	/
12	废水	DW001	污水排放口	阴离子表面活性剂	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准排放	0.5mg/L	0.05mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/月	1.《亚甲基蓝分光光度法》GB 7494-87	紫外分光光度计 UV5100	避光，0-4℃冷藏 注：如果只是冷藏不加保护剂，就要在采样后的 24 小时内检测，加了保护剂的话就可以在 4 天内检测。	委托检测
13	废水	DW001	污水排放口	石油类	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准排放	1mg/L	0.06mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/月	《水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 OIL-8	500ml 广口玻璃瓶 HCl, pH<2	委托检测

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次（处理量≥2万吨/日）	手工测定方法	手工检测设备	样品保存	其他信息
14	废水	DW001	污水排放口	动植物油	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	1mg/L	0.06mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 OIL-8	500ml 广口玻璃瓶 HCl, pH<2	委托检测
15	废水	DW001	污水排放口	六价铬	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	0.05mg/L	0.004mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-87	紫外分光光度计 UV5100	NaOH, pH 8~9	委托检测
16	废水	DW001	污水排放口	总汞	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	0.001mg/L	0.00004μg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 RGF-6200	HCl 1%, 如水样为中性, 1L水样中加浓HCl10ml	委托检测
17	废水	DW001	污水排放口	总砷	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	0.1mg/L	0.0003μg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 RGF-6200	HNO ₃ , 1L水样中加浓HNO ₃ 10ml, 如用原子荧光法测定, 1L水样中加10ml浓HCl	委托检测

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次（处理量≥2万吨/日）	手工测定方法	手工检测设备	样品保存	其他信息
18	废水	DW001	污水排放口	总镉	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	0.01mg/L	0.0001 μg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	原子吸收分光光度计 WFX-120A	HNO ₃ , 1L 水样中加浓 HNO ₃ 10 ml	委托检测
19	废水	DW001	污水排放口	总铬	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	0.1mg/L	0.004 μg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	紫外可见分光光度计 UV5100	1L 水样中加浓 HNO ₃ 10ml	委托检测
20	废水	DW001	污水排放口	总铅	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	0.1mg/L	0.001 μg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	原子吸收分光光度法 WFX-120A	HNO ₃ , 1%, 如水样为中性, 1L 水样中加浓 HNO ₃ 10ml	委托检测
21	废水	DW001	污水排放口	烷基汞	手工	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放	不得检出	0.02ng/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/半年	水质 烷基汞的测定 吹扫捕集气相色谱冷原子荧光光谱法 HJ 977-2018	全自动烷基汞分析系统 MERX	如在数小时内样品不能分析, 应在样品瓶中预先加入 CuSO ₄ , 加入量为每升 1g, 冷藏	委托检测

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测指标	监测设施	排放标准	排放限值	方法检出限	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次 (处理量≥2万吨/日)	手工测定方法	手工检测设备	样品保存	其他信息
22	废水	MW001	进水口	pH值	手工	设计进水水质	6-9(无量纲)	/	是	/	进水在线取样口	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/日	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ1147-2020	pH计 PHS-25C	避光, 及时检测	/
23	废水	MW001	进水口	化学需氧量	自动	设计进水水质	220mg/L	10mg/L	是	COD在线监测设备	进水仪表小屋	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测, 每4小时监测一次
24	废水	MW001	进水口	氨氮(NH ₃ -N)	自动	设计进水水质	25mg/L	0.1mg/L	是	氨氮在线监测设备	进水仪表小屋	是	/	/	/	/	/	自动监测设备出现故障时开展手工监测, 每4小时监测一次
25	废水	MW001	进水口	总氮(以N计)	手工	设计进水水质	35mg/L	0.05mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/日	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ636-2012	紫外可见分光光度计 UV5100	避光, 及时检测	/
26	废水	MW001	进水口	总磷(以P计)	手工	设计进水水质	3mg/L	0.01mg/L	/	/	/	/	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/日	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB11893-89	紫外可见分光光度计 UV5100	避光, 及时检测	/
27	雨水	DW002	雨水排放口	pH值	手工	《污水综合排放标准(GB 8978-1996)》中表4其他排污单位的一级标准	6-9(无量纲)	/	/	/	/	/	瞬时采样1个瞬时样	1次/月	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ1147-2020	pH计 PHS-25C	/	下雨时开展手工监测

4、污泥监测方案

监测指标	监测频次	监测方式	监测方法	检测设备
含水量（低于 80%）	正常排泥时开展监测	手工	重量法 CJ/T 221-2023 (5.4)	万分之一电子天平

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	监测方式	监测频次	监测仪器	监测方法
地表水（入河排污口（赣江）上游 0.5km）	pH 值	6-9	手工	3 次/年	pH 计 PHS-25C	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
地表水（入河排污口（赣江）上游 0.5km）	悬浮物	/	手工	3 次/年	电子天平 GL2204B	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89
地表水（入河排污口（赣江）上游 0.5km）	化学需氧量	20mg/L	手工	3 次/年	COD 消解仪 HCA-103	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
地表水（入河排污口（赣江）上游 0.5km）	五日生化需氧量	4mg/L	手工	3 次/年	智能生化培养箱 SHP-250	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
地表水（入河排污口（赣江）上游 0.5km）	氨氮	1mg/L	手工	3 次/年	紫外分光光度计 UV5100	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
地表水（入河排污口（赣江）上游 0.5km）	总磷	0.2mg/L	手工	3 次/年	紫外分光光度计 UV5100	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89
地表水（入河排污口（赣江）上游 0.5km）	总氮	1mg/L	手工	3 次/年	紫外分光光度计 UV5100	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

地表水（入河排污口（赣江）上游0.5km）	石油类	0.05mg/L	手工	3次/年	全自动红外测油仪 QIL510A/YQ20180 6-S028	红外分光光度法— —水质 石油类和动 植物油类的测定 红 外分光光度法
地表水（入河排污口（河流名称）上游0.5km）	余氯	/	手工	3次/年	可见分光光度剂 DR900	水质 游离氯和总氯 的测定 N,N-二乙基 -1,4-苯二胺分光光 度法
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	pH值	6-9	手工	3次/年	pH计 PHS-25C	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	悬浮物	/	手工	3次/年	电子天平 GL2204B	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	化学需氧量	20mg/L	手工	3次/年	COD消解仪 HCA-103	水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	五日生化需氧量	4mg/L	手工	3次/年	智能生化培养箱 SHP-250	水质 五日生化需氧 量的测定 稀释与接 种法 HJ 505-2009
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	氨氮	1mg/L	手工	3次/年	紫外分光光度计 MODEL752	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 HJ 535-2009
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	总磷	0.2mg/L	手工	3次/年	紫外分光光度计 UV5100	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	总氮	1mg/L	手工	3次/年	紫外分光光度计 UV5100	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012
地表水（入河排污口（赣江）下游1.5km）	石油类	0.05mg/L	手工	3次/年	全自动红外测油仪 QIL510A/YQ20180 6-S028	红外分光光度法— —水质 石油类和动 植物油类的测定 红 外分光光度法

地表水（入河排污口（河流名称）下游 1.5km）	余氯	/	手工	3 次/年	可见分光光度剂 DR900	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
备注：1.采用含氯化学品对污水进行消毒的，需要监测余氯； 2.监测频次为丰水期、枯水期、平水期各一次。 3.监测点位分上游和下游，需分开填写，不能糅合一起。						

5、厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放标准	排放限值	监测方式	监测频次	监测方法
东(ZS-01)	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类排放标准	昼间 65dB 夜间 55dB	手工	1 次/1 季度	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 中三类标准
南(ZS-02)	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类排放标准	昼间 65dB 夜间 55dB	手工	1 次/1 季度	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 中三类标准
西(ZS-03)	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类排放标准	昼间 65dB 夜间 55dB	手工	1 次/1 季度	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 中三类标准
北(ZS-04)	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 3 类排放	昼间 65dB 夜间 55dB	手工	1 次/1 季度	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 中三类标准

		标准				
--	--	----	--	--	--	--

五、企业在线监测设备信息

1. 自动监测设备

监测设备名称	型号	数量	单位	生产厂家
出水 PH 在线检测仪	Model SC100 型	1	台	哈希水质分析仪器（上海）有限公司
出水 COD 在线检测仪	CODmaxIII	1	台	哈希环境技术（上海）有限公司
出水氨氮在线检测仪	NHN-4210	1	台	岛津仪器（苏州）有限公司
出水总磷总氮在线分析仪	TNP-4200 型	1	台	岛津企业管理（中国）有限公司
出水流量计	WT4300E3 电磁流量计	1	台	上海威尔泰仪器仪表有限公司
进水流量计	WT4300E3 电磁流量计	1	台	上海威尔泰仪器仪表有限公司
进水流量计	SITRANS F M MAG6000 电磁流量计	1	台	西门子
进水氨氮在线检测仪	Amtax NA8000	1	台	哈希水质分析仪器（上海）有限公司
进水 COD 在线检测仪	CODmax II	1	台	哈希水质分析仪器（上海）有限公司

2. 手工监测设备

监测设备名称	型号	数量	单位	生产厂家
生化培养箱	SHP-250	1	台	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
高温灭菌器	DSX-24L	1	台	上海申安医疗器械厂
COD 消解装置	HCA-103 型	1	台	江苏盛奥华环保科技有限公司

显微镜	XSP-2CA	1	台	上海光学仪器六厂
紫外可见光光度计	UV-5100	1	台	上海元析仪器有限公司
万分之一分析天平	GL2204B	1	台	上海佑科仪器仪表有限公司
电热恒温干燥箱	DHG-9202	1	台	上海鸿都电子科技有限公司
pH计	PHS-25C型	1	台	上海仪电科学仪器股份有限公司
箱式电阻炉	SX2-4-10	1	台	龙口市文太电炉制造有限公司
四联搅拌机	CJ-4	1	台	金坛市大地自动化仪器厂
千分之一分析天平	JA2603N	1	台	上海佑科仪器仪表有限公司
超纯水机	FSI-iv-20	1	台	上海富诗特环保科技有限公司

六、企业治理设施

1. 废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺
生物土壤滤池 001	粗格栅，细格栅、提升泵	除臭	生物土壤滤池
生物土壤滤池 002	脱水机房	除臭	生物土壤滤池

2. 废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺
粗格栅、提升	活性污泥法	2万吨/日	改良型氧化沟工艺+高效沉

泵房、细格栅、 沉砂池、氧化 沟、二沉池、 配水井、高效 沉淀池、纤维 转盘滤池、接 触消毒池。			淀+纤维滤池+接触消毒池
--	--	--	--------------

七、样品采集和保存

1、样品的采样按照 HJ91.1-2019 执行：

1.1 采样时应保证采样点的位置准确。

1.2 认真填写采样记录表，字迹应端正清晰，保证采样按时、准确、安全。

1.3 测定油类的水样，应在水面至水面下 300 mm 采集柱状水样，并单独采样，全部用于测定。采样瓶不能用采集的水样冲洗。

1.4 测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时的水样，必须注满容器，不留空间，并用水封口。

1.5 测定水温、PH 值、色度、油类、五日生化需氧量、溶解氧、硫化物、余氯、粪大肠菌群、悬浮物、放射性等项目要单独采样。

1.6 在采样期间必须避免样品受到污染。应该考虑到所有可能的污染来源，必须采取适当的控制措施以避免污染。

2、样品的保存按照 HJ91.1-2019 执行：

2.1 各种水质的水样，从采集到分析这段时间内，由于物理的、化学的、生物的作用会发生不同程度的变化，这些变化使得进行分析时的样品已不再是采样时的样品，为了使这种变化降低到最小的程度，必须在采样时对样品加以保护。

2.2 最大限度地防止容器及瓶塞对样品的污染。

2.3 容器壁应易于清洗、处理，以减少如重金属或放射性核类的微量元素对容器的表面污染。

2.4 容器或容器塞的化学和生物性质应该是惰性的，以防止容器与样品组分发生反应。如测氟时，水样不能贮于玻璃瓶中，因为玻璃与氟化物发生反应。

2.5 防止容器吸收或吸附待测组分，引起待测组分浓度的变化。微量金属易于受这些因素的影响，其他如清洁剂、杀虫剂、磷酸盐同样也受到影响。

3、地表水与废气的采集及保存方法

3.1、地表水的采集按照《地表水环境监测技术规范》HJ 91.2-2022 执行，采样方法按照以下要求执行。

3.1.1、在同一监测断面分层采样时，应自上而下进行，避免不同层次水体混扰；

3.1.2、除标准分析方法有特殊要求的监测项目外，采样器、静置容器和样品瓶在使用前应先用水样分别荡洗 2~3 次；

3.1.3、采样时不可搅动水底的沉积物。除标准分析方法有特殊要求的监测项目外，采集的水样倒入静置容器中，保证足够用量，自然静置 30 min。自然静置时，使用防尘盖遮挡，避免灰尘污染；

3.1.4、使用虹吸装置取上层不含沉降性固体的水样，移入样品瓶，虹吸装置进水尖嘴应保持插至水样表层 50 mm 以下位置。

3.2、废气采集方法。

3.2.1、无组织废气采样按《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55—2000 执行。

3.3、地表水与废气的保存方法

样品类别	检测项目	保存方式
地表水	PH 值	采集后立即密封保存，尽量现场测定
	悬浮物	冷藏，避光
	化学需氧量	用硫酸酸化， $\text{pH} \leq 2$
	五日生化需氧量	$1 \sim 5^\circ\text{C}$ 暗处冷藏
	氨氮	用硫酸酸化， $\text{pH} \leq 2$
	总磷	用硫酸酸化，盐酸酸化至 $\text{pH} \leq 2$
	总氮	用硫酸酸化， $\text{pH} 1 \sim 2$
	石油类	用 盐酸 酸化至 $\text{pH} \leq 2$
	余氯	避光，尽量现场测定
废气（无组织）	氨	避光，冷藏
	硫化氢	避光，冷藏
	臭气浓度	避光，室温

七、监测质量保证与质量控制措施

（一）污水厂化验室质量保证与控制措施

1、质量保证

1.1、建立质量体系

严格按照国家认监委国认实〔2016〕33号文件及《检验检测机构资质认证评审准则》要求建立了质量管理体系。由质量负责人主导，进行了宣贯。工作中按照评审准则及公司体系文件要求开展各项检测工作并持续改进质量管理体系。

从事污水监测的监测人员、监测仪器与设备设施等按《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017、《HJ 630、HJ/T 373》等相关内容执行。

污水厂检测人员：夏志萍、郭丽霞、王苏娟

污水厂主要检测仪器与设备：生化培养箱、标准 COD 消解仪、紫外分光光度计、（万分之一）电子天平、电热恒温干燥箱、pH 计。

1.2、监测设施与环境

公司具备固定的适合开展检测工作的实验场所。配备了适合开展工作的设施及满足检测工作的需要的环境条件。

1.3、监测仪器设备和实验试剂

公司监测仪器设备均按照《检验检测机构资质认定评审准则》的以及国家强检计量器具要求进行了检定、校准，在用所有监测仪器设备均在校准（或检定）有效期内；公司实验试剂均按照项目分析方法标准进行采购并验收，确保分析过程中实验试剂适用性，符合监测工作项目分析的需要。

1.4、监测方法技术能力验证

按照国家标准分析方法要求，污水厂对检测能力范围内所有项目的检出限、精密度、准确度等指标进行了方法验证，验证结果均符合方法标准要求。

2、质量控制

2.1、检测过程质量控制：

污水厂化验室的质控措施包括全程序空白样、平行样、加标回收或

质控样的测定，以及仪器仪表的校准。具体措施如下：

空白样：化验室对分析的所有污染因子实施全程序空白样，每批样品检测必带空白样检测，以屏蔽其他外在因子对水样分析结果造成影响；

平行样：对厂部所有分析水样做平行样检测，以减少实验误差对水样结果的影响；

加标回收或质控样：按检测规范要求，厂部会对检测的污染因子进行加标回收或者质控样品的测定，以验证实验结果的准确性；

仪器仪表校准：每年定期委托有资质的第三方公司对化验室仪器仪表进行调试校准，并出具校准报告；化验人员按规范对标准曲线和标准物质进行校准和标定，用标准物质对常用仪器如 pH 计、分光光度计等进行校准并记录。

（二）第三方检测质量保证与质量控制措施

1、质量保证：

1.1、对第三方的检测要求：

1.1.1、本污水厂委托检测的要求（检测项目、采样点位、检测频率、检测因子），第三方检测单位的检测能力应达到或优于本污水厂的要求，且符合国家有关标准和规范要求；

1.1.2、拥有独立的专项检测实验室；

1.1.3、实验室有相关的内部质量控制管理和外部质量控制管理。

1.1.4、需配备实验所需的检测仪器；使用的仪器设备需定期进行检定合格和校准并符合相关要求。

1.1.5、按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ493-2009

规范要求，保障样品及时进入实验室；

1.1.6、样品采样、运输、检测、留样由第三方检测机构自行负责。

1.1.7、第三方检测机构采样后，按国家标准要求进行检测、填写原始记录表、出具监测报告并拍照。

1.1.8、第三方检测机构应在合同规定的时间内将每次检测的采样及样品流转记录、检测及原始记录、加盖鲜章的检测报告扫描件发送至指定邮箱并寄送纸质版至我公司。

2、第三方内部质量控制活动

2.1 第三方内部质量控制技术校核

(1) 每次检测样品前均制作标准曲线或应用标准溶液校准标准曲线。

(2) 定期使用有证标准物质进行内部质量控制活动。

(3) 使用相同或不同的方法进行重复检测。

(4) 分析一个样品的不同特性结果的相关性。

(5) 密码平行样品、加标样品检测等考核。

(6) 对所得检测结果测量不确定度进行评定。

(7) 细菌检测培养基应用参考菌种进行灵敏度实验。

2.2 第三方内部质量控制计划

(1) 检测部根据质量控制计划，针对不同检测项目安排开展工作。

(2) 内部开展的一切质控活动的情况均应纳入每年的管理评审，进行评价。

(3) 档案管理员应按质量控制的计划，及时收集有关资料并编号归

档保存。

2.3、委托方对第三方检测公司的质控措施

2.3.1、查看第三方检测公司的 CMA 资质，需有资质检测委托的相关项目，及相应检测报告、采样及样品流转、原始记录是否符合相关标准规范；

2.3.2、查看第三方检测公司 CMA 认证的实验室，是否配备有相应的仪器设备及人员，所采用的检测方法是否符合相应标准规范的要求；

2.3.3、对第三方检测公司实施质控样盲样比对，频次是一年 1-3 次；

2.3.4、查看第三方检测公司对委托检测合同条款的履行情况。

2.4、检测及结果质量控制

2.4.1、综合部对委托检测协议书、接收样品、唯一性编号标识、检测报告领取等环节进行控制，保证实验室能充分理解客户的检测要求、检测样品的完整性，质量管理部根据委托检测协议书、检测原始记录以及其他相关材料起草检测报告，核查无误。

2.4.2、检验检测工作由培训合格的、有相关技术能力和专业背景，经本公司能力确认并由最高管理者授权的人员进行。

2.4.3、使用定期进行检定合格和校准符合要求的仪器设备，用于检验检测活动。按计划开展仪器设备的期间核查工作，保持其原有状态，防止使用不符合技术规范要求的设备。

2.4.4、尽可能使用有证标准物质，按计划开展标准物质期间核查工作，确保相关检测的结果能够溯源到国家基准。

2.4.5、对影响检测结果的化学试剂等消耗品进行质量验证，保证其

使用不影响最终检测结果和质量。

2.4.6、定期开展标准查新和更换，保证检测室现场使用的检测标准、作业指导书均为现行有效版本。

2.4.7、对现场环境条件及设施进行有效监控，保证环境条件和相关设施符合检验检测活动要求。

2.4.8、检测部质量监督员对涉及检测结果的各项活动进行充分监督，尽可能运用统计技术对实验室的检测结果质量进行控制。

2.5、检测报告质量控制

2.5.1、检测报告编制人员、各级报告审查人员检查有关检测记录、检测方法、报告格式、结果判定是否满足要求，授权签字人对报告的正确性负责。

2.5.2、报告检查中，无论哪个环节发现问题，及时反馈，及时纠正，实现对报告质量的有效控制。

（五）在线运维质量保证与质量控制措施

对水污染源在线监测系统各监测仪每月进行不少于一次手动/自动校准，至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，对上位机数据、仪表数据、数采仪数据、在线平台数据进行不少于一次的一致性比对、校准。

1、运维技术要求

对 COD_{Cr} 、TOC、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、TP、TN 水质自动分析仪按照 HJ-355 的要求定期进行自动标样核查和自动校准，自动标样核查结果应满足 HJ-355 表 1 要求。

对 COD_{Cr}、TOC、NH₃-N、TP、TN、pH 水质自动分析仪、温度计及超声波明渠流量计按照 HJ-355 要求定期进行实际水样比对试验，比对试验结果应满足 HJ-355 表 1 的要求，实际水样国家环境监测分析方法标准。

2、校验、比对试验和质控样测试工作要求。

2.1 必要时对设备进行量程漂移、零点漂移和重复性测试。

(1) COD_{Cr} 自动监测仪的量程漂移、零点漂移和重复性测试方法见 HJ377-2019 《化学需氧量 (COD_{Cr}) 水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》。

(2) 氨氮自动监测仪的量程漂移、零点漂移和重复性测试方法详见 HJ/T101-2019 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》

(3) 总磷总氮的量程漂移、零点漂移和重复性测试方法见 HJ103-03 《总磷水质自动分析仪技术要求》、HJ102-03 《总氮水质自动分析仪技术要求》，具体操作参照各仪器使用说明书。

(4) 操作参照各仪器使用说明书。

3、与标准方法比对试验

除流量外，运维人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行 1 次自动监测方法与实验室标准方法的比对试验，试验结果应满足 HJ 355 表 1 规定的要求。

4、质控样试验

运维人员每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行 1 次质控样试验，采用国家认可的两种浓度的质控样进行试验，一种为接近废水浓度的质控样品，另一种为超过相应排放标准浓度的质控样品，每种样品至

少测定 2 次，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。

5、有效数据率

以月为周期，计算每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据的个数占应获得的有效数据的个数的百分比不得小于 90%，有效数据的判定参见 HJ-356 的相关规定。

6、其他质量控制要求

6.1 应按照 HJ-91.1、HJ-493 以及本标准的相关要求对水样分析、自动监测实施质量控制。

6.2 对某一时段、某些异常水样，应不定期进行平行监测、加密监测和留样比对试验。

6.3 水污染源在线监测仪器所使用的标准溶液应正确保存且经有证的标准样品验证合格后方可使用。

八、监测信息公开

我公司在省市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存五年。公开内容：企业基础信息和监测数据一并公布，若基础信息和自行监测方案有调整变化时，将在变更后的五日内公布。公开时限：监测数据将于每次监测完成后的次日公布，每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

江西洪城水业环保有限公司

吉安市青原区分公司